

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า
โรงพยาบาลอุทัยธานี

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในสำหรับเจาะตัดกระดูกและผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ สำหรับใช้ในงานผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมประสาท โดยใช้ชุดด้ามจับซึ่งต่อกับใบมีดหรือหัวกรอ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต่อเข้ากับระบบหยดน้ำ

๒. คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- ๒.๑ ชุดด้ามจับและมอเตอร์ (Hand Piece) สำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๓ ชิ้น
- ๒.๑.๑ ขับเคลื่อนการหมุนด้วยระบบไฟฟ้า
 - ๒.๑.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมอเตอร์ขนาดไม่เกิน ๑.๕๕ ซม.
 - ๒.๑.๓ ความยาวของมอเตอร์ขนาดไม่เกิน ๙.๗๓ ซม.
 - ๒.๑.๔ สามารถปรับตั้งความเร็วได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕,๐๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๒ ข้อต่อประกอบและท่อแบบต่างๆ
- ๒.๒.๑ ข้อต่อตรงความยาว ๗ ซม. และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๒.๔ มม. จำนวน ๓ ชิ้น
 - ๒.๒.๒ ข้อต่อตรงความยาว ๑๐ ซม.และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๒.๔ มม. จำนวน ๓ ชิ้น
 - ๒.๒.๓ ข้อต่อมุมความยาว ๑๐ ซม.และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๒.๔ มม. จำนวน ๓ ชิ้น
 - ๒.๒.๔ ข้อต่อแบบ Craniotomy มี Guard ใช้ตัดเพื่อเปิดกะโหลก จำนวน ๓ ชิ้น
 - ๒.๒.๕ ข้อต่อแบบ Perforator Driver ใช้สำหรับเจาะเพื่อเปิดกะโหลก จำนวน ๓ ชิ้น

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๓.๑ ถาดใส่เครื่องมือเพื่ออบฆ่าเชื้อและเก็บรักษา (Instrument Tray) จำนวน ๓ ชิ้น
- ๓.๒ ใบมีดหรือหัวกรอให้แพทย์เลือกใช้ตามความเหมาะสม จำนวน ๓๐ ชิ้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ๑ เล่ม

ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อในเอกสารประกอบการเสนอราคา ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ

- ๔.๔ สามารถใช้กับเครื่องควบคุมการทำงานที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่ได้

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖. กำหนดการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

๙๓

(นางสาวนภา ตั้งจิตปริदानนท์)

๙๓๙๕๙

(นางประเสริฐ สืบสาย)

๙๓๙๕๙

(นางชนิตา รังผึ้ง)