

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง  
โรงพยาบาลอุทัยธานี

๑. ชื่อ SOLUTION ADMINISTRATION SET FOR INFUSION PUMP

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๑. ทิวสาย(Tubing) ทำด้วยสารสังเคราะห์ PVC ปราศจาก Di (๒-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ใสและนิ่ม บิดงอได้โดยไม่เสียรูปร่าง มีความยาวประมาณ ๒๑๕ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ๔.๕ มม. และเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ๓.๒ มม.
๒. ปลายสายเป็นหัวล๊อค มี Injection site และ Adaptor ระหว่าง Injection site และ Adaptor มี Filter ขนาด ๔๐ ไมครอน ซึ่งจะทำหน้าที่กรองสารน้ำเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าร่างกายคนไข้
๓. ที่แทงจุดขุดน้ำเกลือเป็นเดือยพลาสติก(Plastic spike) แหลมและแข็ง มีปลอกพลาสติกแข็งสวมอยู่อีกชั้นหนึ่ง (Plastic protector)
๔. กระเปาะสำหรับให้น้ำเกลือหยด (Drip Chamber) ทำด้วยสาร Polypropylene ใส สามารถมองเห็นน้ำเกลือหยดได้ง่าย
๕. มี Drip.port ควบคุมการไหลของน้ำเกลือขนาด ๒๐ หยด / ซีซี
๖. ชุดให้น้ำเกลือบรรจุอยู่ในซองพลาสติกชนิดรีบบอนแพค ทำให้ปราศจากเชื้อโดยเอธิลีนออกไซด์แก๊ส พร้อม Airway Needle
๗. สามารถใช้กับเครื่อง Infusion pump ที่ใช้อยู่ภายในโรงพยาบาลอุทัยธานีได้เป็นอย่างดี
๘. ผลิตภัณฑ์มีอายุไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันส่งมอบ
๙. ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อในเอกสารประกอบการเสนอราคา ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ
๑๐. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

(นางสาวนารีรัตน์ กล้าวิทย์กรรม)

(นางสุรรัตน์ น้อมนิล)

(นางบุณทริกา พันธุ์ธรรม)