

คุณลักษณะเฉพาะ ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว ชนิดไม่ปราศจากเชื้อ

โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับใช้สวมมือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผู้ป่วยและผู้ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาในทางการแพทย์ที่มิใช่การศัลยกรรม และรวมถึงการใช้สำหรับการจับหรือสัมผัสกับวัสดุทางการแพทย์ที่อาจปนเปื้อนด้วย

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ทำจากเนื้อยางธรรมชาติ มีผงแป้งเคลือบผิว ชนิดใช้ครั้งเดียว ไม่ปราศจากเชื้อ
๒. มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม สามารถใช้ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องได้หลายครั้ง ไม่มีมวนกลับขณะใช้งาน
๓. สารหล่อลื่นที่ช่วยในการสวมใส่ให้เป็นไปตาม USP ฉบับตีพิมพ์ครั้งล่าสุด ในหัวข้อ Absorbable Dusting Powder หรือสารอื่นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๔. สีที่ใช้ต้องมีความปลอดภัย มีสีสว่างเสมอ
๕. การแต่งกลิ่น กลิ่นที่ใช้ต้องไม่เป็นพิษและไม่ทำให้อายุการใช้งานของถุงมือยางลดลง
๖. มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบการรั่วซึมน้ำ ตาม มาตรฐาน ISO ๑๐๙๙
๗. มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบขนาดมิติ แรงดึง ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาดและความเค้นดึง
๘. มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบการระบายเคืองต่อผิวหนัง ตามมาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๓
๙. ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม ๑ : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง (มาตรฐาน ISO ๑๐๙๙๖ เล่ม ๑-๒๕๕๖)
๑๐. บรรจุ ๑๐๐ ชิ้นใน ๑ กล่อง และบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ถุงมือสำหรับการตรวจโรค พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑. อายุการใช้งานต้องไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งสินค้า

คุณสมบัติอื่นๆ

๑. ผู้ผลิตภายใต้กฎหมายไทย จดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้า เครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างถุงมือ เพื่อทดสอบการใช้งานในวันยื่นของข้อเสนอการประกวดราคา
จำนวนขนาดละ ๒ กล่อง โดยโรงพยาบาลของส่วนสิทธิ์ในการไม่คืนสินค้าตัวอย่างนี้ และจะพิจารณา
เฉพาะผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพเท่านั้น
๓. ผู้ซึ่งการประกวดจะต้องยินยอมให้แลกเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุดเสียหาย เสื่อม
คุณภาพ หรือใกล้หมดอายุ โดยไม่มีเงื่อนไข
๔. ผู้ซึ่งการประกวดยินยอมให้โรงพยาบาลยกเลิกสัญญา ก่อนครบกำหนด หากพบว่าคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือมีการพับปั๊บที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้งาน อย่าง
น้อย ๓ หน่วยงาน

๘๙๖๙

๑๕

๗๖๖๖

(นางกรรณิกา กล้าวิกัยกรรม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(นางวิมน นิลประภา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางสาวพพรพงศ์ ว่องวิกัยการ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ