

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องละลายพลาสติก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๔๔๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายชิตชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๕.๒ นางสาวชนิชา อนุติตย์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องละลายพลาสมา (Plasma Thawed)
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เครื่องละลายพลาสมา (Plasma Thawed) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องละลายหรืออุ่นพลาสมา โดยอุณหภูมิไม่ต้องสัมผัสกับน้ำโดยตรงเพื่อลดการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม

๒.๒ ใช้หลักการ Hydro_pump_massage ทำให้พลาสมาที่ละลายมีเนื้อละเอียดทั้งถุง (homogenised)

๒.๓ หน้าจอควบคุมการทำงานเป็นแบบ TFT Touch Screen ได้ ๒ รูปแบบ คือ ละลายตัวอย่าง (thawer mode) กับ อุ่นตัวอย่าง (warmer mode)

๒.๔ เครื่องสามารถตั้งอุณหภูมิ (set point) ได้ไม่น้อยกว่าอุณหภูมิห้องถึง ๔๐ องศาเซลเซียส

๒.๕ ช่องใส่ตัวอย่างแยกเป็น ๓ ช่อง แยกการควบคุมการทำงานอิสระ

๒.๖ Sensors วัดอุณหภูมิจากถุงเลือดโดยตรง ช่องใส่ตัวอย่างมี sensor ช่องละ ๒ จุด

๒.๗ สามารถละลายพลาสมาถุงขนาดไม่น้อยกว่า ๔๖๐ มิลลิลิตรได้ครั้งละ ๖ ถุง โดยใส่ช่องละ ๒ ถุง แต่ในกรณีที่ตัวอย่างมีจำนวนมาก สามารถเพิ่มปริมาณจำนวนถุงได้ โดยใส่ช่องละ ๓ ถุง

๒.๘ เครื่องจะสิ้นสุดการทำงาน (end of cycle) โดยการกำหนดอุณหภูมิของตัวอย่าง หรือระยะเวลาการทำงาน

๒.๙ เครื่องจะบันทึกอุณหภูมิกับเวลาของตัวอย่าง โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบกราฟ และสามารถถ่ายโอนข้อมูลลง USB ได้

๒.๑๐ รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องอ่าน barcode ทำให้บันทึกข้อมูลชื่อผู้ทำ ประเภทของตัวอย่าง และข้อมูลของผู้บริจาค (optional)

๒.๑๑ มีระบบเสียงเตือนด้วยเสียงและข้อความ

๒.๑๒ ใช้ไฟ ๒๓๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ เฮิร์ต

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาริตมาก่อน


๓.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ



(นายชิตชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย)



(นางสาวชณิชา อนุดิษฐ์)



(นายรัชชัย ยศชัยพงศ์)