

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ โรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๑๗๖,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๘๘,๒๐๐.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๘๐,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายชิตชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๕.๒ นางสาวชนิชา อนุติตย์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดง (Hct Centrifuge)
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดง (Hct Centrifuge) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องปั่นเลือดสำหรับหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit) ฝาเครื่องและห้องปั่นผลิตจากโลหะ

๒.๒ มีแผงควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง มีปุ่มสำหรับตั้งค่าและมีจอแสดงความเร็วรอบและเวลาในการปั่น

๒.๓ มีความเร็วสูงสุดไม่เกินกว่า ๑๓,๐๐๐ รอบต่อนาที และแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุดไม่เกินกว่า ๑๖,๑๐๐ g

๒.๔ ตั้งความเร็วในการปั่นได้และตั้งเวลาการปั่นได้ไม่น้อยกว่า ๑-๙๙ นาที

๒.๕ มีอัตราเร่งความเร็วถึงรอบที่ตั้งไว้ในเวลาไม่เกิน ๑๐ วินาที และระยะเวลาเบรกสั้นสุดไม่เกิน ๒๐ วินาที

๒.๖ มีจานปั่น (Rotor) บรรจุหลอด Hematocrit ได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ หลอด โดยมีถาดเล็ก (Tray) สำหรับวางหลอด Hematocrit แต่ละหลอดแยกกัน ซึ่งสามารถถอดถาดออกทำความสะอาดหรือเปลี่ยนได้

๒.๗ มีระบบความปลอดภัย

- เมื่อเครื่องกำลังทำงานจะเปิดฝาเครื่องไม่ได้ (Lid locking and holding)
- มีระบบป้องกันฝาดตกลงมาในขณะที่เปิดฝา (Lid dropping protection)
- อุปกรณ์สำหรับเปิดฝาในกรณีไฟฟ้าดับหรือมีปัญหาเปิดฝาไม่ได้ (Emergency lid lock release)
- เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อเกิดความไม่สมดุล (Imbalance switch-off)

๒.๘ มีฝาดครอบจานปั่นทำจากวัสดุใสและมี Scale สำหรับอ่านค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นบนฝาดครอบ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาริตมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ



(นายชิตชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย)



(นางสาวชนิชา อนุดิษฐ์)



(นายรัชชัย ยศชัยพงศ์)