

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับด้ามหัวกรอพื้น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๑๘๖,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๕.๑ นายสมพงษ์ ศรีประทีปบัณฑิต ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ


๕.๒ นางรุ่งรศมี จันทรังษี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับด้ามหั่วกรรพิน
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับด้ามหั่วกรรพิน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. คุณลักษณะทั่วไป
 - ๒.๑ เป็นเครื่องนึ่งไอน้ำด้วยความดันไม่น้อยกว่า ๒ BAR ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศา โดยใช้เวลาน้อยที่สุด
 - ๒.๒ ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ Microprocessor ซึ่งควบคุมความดันและอุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการ
 - ๒.๓ มีโปรแกรมการใช้งานให้เลือกหลากหลาย
 - ๒.๔ มีตะแกรงสำหรับใช้เพื่อใส่เครื่องมือ ๒ แบบ
 - ๒.๕ ขนาดแชมเบอร์ไม่น้อยกว่า ๕x๒๐ เซนติเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร
 - ๒.๖ ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า ๒๐x๔๕x๔๕ เซนติเมตร
 - ๒.๗ มีน้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม
 - ๒.๘ ใช้ไฟ ๒๐๐-๒๕๐ โวลท์ ๕๐/๖๐ HZ ๑๐ A
 - ๒.๙ มีหน้าจอแสดงสถานะการทำงานของเครื่องเป็นตัวหนังสือและตัวเลขโดยสามารถแสดงความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานได้ด้วย
 - ๒.๑๐ มีปุ่มเปิดปิดอยู่บริเวณหน้าเครื่องและปุ่มเลือกโปรแกรมต่างๆ
 - ๒.๑๑ มีแชมเบอร์เป็นรูปทรงกลมใส่เครื่องมือจากด้านบนโดยมีฝาเลื่อนเพื่อเปิดปิดและล็อกด้วยลูกบิดรวมทั้งไม่สามารถใช้งานได้ถ้าหากไม่ได้ปิดหรือล็อกฝา
 - ๒.๑๒ มีเซ็นเซอร์จับคุณภาพของน้ำที่ใช้กับเครื่องและแสดงค่าการนำไฟฟ้ามีหน่วยเป็นไมโครซีเมนต์
๓. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
 - ๓.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ


(นายสมพงษ์ ศรีประทีปบัณฑิต)


(นางรุ่งระวี จันทรงษ์)


(นายวัชชัย ยศชัยพงศ์)