

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องฉายแสง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๑๑๔,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๓๘,๑๓๓.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยซื้อย้อนหลัง ๒ ปี งบประมาณเลขที่ ๐๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๕.๑ นายสมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ


๕.๒ นางรุ่งรศมี จันทรังษี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายแสง
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. **ความต้องการ** เป็นเครื่องฉายแสง แบบใช้หลอด L.E.D. ให้ความยาวคลื่นระหว่าง ๔๕๐ - ๔๗๐ นาโนเมตร ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดชาร์ตได้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. **คุณลักษณะทั่วไป**
 - ๒.๑ เป็นเครื่องฉายแสงชนิด L.E.D. แบบไร้สาย พกพาสะดวก
 - ๒.๒ ด้ามจับผลิตจาก Valox Plastic ที่มีความทนทานต่อการใช้งาน
 - ๒.๓ ด้ามจับมีน้ำหนักเบาและมีสวิตช์ควบคุมที่ด้ามจับ สามารถควบคุมการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 - ๒.๔ มีปุ่มเลือกเวลา ๕,๑๐ และ ๒๐ วินาที และมีเสียงเตือนทุก ๕ วินาที
 - ๒.๕ ใช้ระบบ Periodic Level Shifting (PLS) ความเข้มแสงจะขึ้น-ลงระหว่าง ๑,๐๐๐ mW/cm^๒ ถึง ๑,๓๓๐ mW/cm^๒ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดความเครียดของวัสดุและลดความร้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อประสาทพัน
 - ๒.๖ ความยาวคลื่นระหว่าง ๔๕๐ - ๔๗๐ นาโนเมตร
 - ๒.๗ เครื่องจะไม่มี Shut Down แม้จะใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
 - ๒.๘ มีพัดลมระบาย ความร้อน ช่วยลดความร้อนทำให้เครื่องใช้งานได้นาน
 - ๒.๙ Light Guide ขนาด ๘ mm x ๘๖ mm ช่วยให้การฉายแสงในพื้นหลังสะดวกยิ่งขึ้น
 - ๒.๑๐ มีสัญญาณเตือนก่อนที่พลังงานในก้อนแบตเตอรี่จะหมด
 - ๒.๑๑ เมื่อไม่มีการใช้งาน ๘ นาที เครื่องจะดับตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน
 - ๒.๑๒ มีแบตเตอรี่ ๑ ก้อน ชนิด Lithium - ion สามารถฉายแสงครั้งละ ๑๐ วินาที ได้ถึง ๓๐๐ ครั้ง ต่อการชาร์ตเต็มประจุ ๑ ครั้ง
 - ๒.๑๓ มีแท่นวางเครื่องสำหรับวางด้ามจับและชาร์ตพลังงานได้โดยตรง มีช่องชาร์จแบตเตอรี่สำรองได้พร้อมกัน
 - ๒.๑๔ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ พร้อมมีขาปลั๊กเสียบปลาย ๔ แบบ
 - ๒.๑๕ ในชุดประกอบด้วย ตัวเครื่อง , แบตเตอรี่ ๒ ก้อน , Light Guide ๑ อัน ขนาด ๘ mm ,แป้นชาร์ต พร้อมสาย ๑ ชุด
๓. **เงื่อนไขเฉพาะ**
 - ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
 - ๓.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ


(นายสมพงษ์ ศรีประทีปบัณฑิต)


(นางรุ่งระวี จันทรง)


(นายวัชชัย ยศชัยพงศ์)