

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องรีดของสเตอไรด์แบบสายพาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวน ๙๔,๖๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด ดังนี้

- ๔.๑ บริษัท เรียวเมต จำกัด
- ๔.๒ บริษัท อีสโก้ จำกัด
- ๔.๓ บริษัท สวิตต์เทคโนโลยี จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑ นายสมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
- ๕.๒ นางรุ่งรศมี จันทรังษี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
- ๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องรีดของสเตอร์ไรต์แบบสายพาน
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เครื่องรีดของสเตอร์ไรต์แบบสายพาน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เครื่องรีดของสเตอร์ไรต์แบบสายพานสามารถตั้งค่าตามความต้องการของอุณหภูมิการปิดผนึกของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นหลักในประเภทต่างๆของอุปกรณ์ฆ่าเชื้อได้

๒.๒ ความเร็วในการปิดของไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ต่อ ๑ นาที

๒.๓ สามารถตั้งค่าความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๒.๔ การควบคุมอุณหภูมิที่เที่ยงตรง

๒.๕ รองรับสภาพแวดล้อมในการทำงานอุณหภูมิตั้งแต่ ๕ - ๔๐ องศา

๒.๖ แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต

๒.๗ น้ำหนักเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลกรัม

๒.๘ ขนาดกว้างxยาวxสูงไม่น้อยกว่า ๑๐x๑๙x๖ นิ้ว


๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาริตมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ



(นายสมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต)



(นางรุ่งรศมี จันทรงษ์)



(นายวิชาชัย ยศชัยพงศ์)