

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อชุดตรวจกล่องเสียงชนิดอ่อน ๓ เบลด หลอดแอลอีดี จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ของโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๔๔,๑๐๐.- บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๑๔,๗๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ .....

เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๑๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่เคยซื้อย้อนหลังสองปีงบประมาณ เลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางอนงค์ สุขสุวานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๒ นางสาวนงค์ เพชรมณี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน


**คุณลักษณะเฉพาะ**  
**ชุดตรวจกล่องเสียงชนิดอ่อน ๓ เบลต หลอดแอลอีดี**  
**โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข**


---

๑. ความต้องการ ชุดตรวจกล่องเสียงชนิดอ่อน ๓ เบลต หลอดแอลอีดี มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. คุณลักษณะทั่วไป
  - ๒.๑ อุปกรณ์ด้ามมือถือขนาดกลาง เพื่อใช้ประกอบกับแผ่นส่องตรวจ ชนิด Fiber Optic
  - ๒.๒ ส่วนบนของด้ามมือถือสารกึ่งตัวนำหลอดไฟ ชนิด LED
  - ๒.๓ ด้ามมือถือทำจากวัสดุโลหะไม่เป็นสนิม สามารถถอดได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของด้ามมือถือเพื่อเปลี่ยนหรือใส่แบตเตอรี่
  - ๒.๔ แบตเตอรี่เป็นชนิด Lithium Ion ซึ่งสามารถนำมาชาร์จประจุซ้ำใหม่ได้โดยใช้เวลาในการชาร์จประจุเต็มที่ไม่มากกว่า ๘ ชั่วโมง และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า ๑๒๐ นาที
  - ๒.๕ แผ่นส่องตรวจเป็นชนิด Fiber Optic
  - ๒.๖ ในชุดประกอบด้วย
    - ๒.๖.๑ ด้ามมือถือ พร้อมแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ โวลต์
    - ๒.๖.๒ แผ่นส่องตรวจ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่
๓. เงื่อนไขเฉพาะ
  - ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาริตมาก่อน
  - ๓.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

---

  
(นางอนงค์ สุขสุวรรณนท์)

  
(นางสรานงค์ เพชรธรมณี)

  
(นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์)