

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อเตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ จำนวน ๓ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๙๗,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๓๒,๓๓๓.- บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๓๓,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางวิมล นิลประภา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๒ นางสาวสรลรัตน์ ทองศรี

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เครื่องเตียงผู้ป่วยปรับระดับได้เตียงปรับระดับได้ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ โครงสร้างหลักทำจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ ปลอดภัย ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ขนาดโดยรวมไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๕ ซม. ยาว ๒๑๐ ซม. ความสูงรวมล้อและไม่รวมที่นอนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕/๗๒ ซม. (๙๕ x ๒๑๐ x ๔๕/๗๒)

๒.๒ คานเตียงทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ปลอดภัย พื้นเตียงทำจากแผ่นสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๑.๐ มิลลิเมตร พร้อมช่องระบายอากาศตามความเหมาะสม

๒.๓ พนักหัว - ท้ายเตียง ทำจากสแตนเลสกลมแบบโค้งมน ตัวพนักสามารถยกถอดออกจากตัวเตียงได้ โดยง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือ ในส่วนมุมของเตียงมีที่เสียบเสาน้ำเกลือทั้ง ๔ มุม

๒.๔ ราวกันข้างเตียงเป็นสแตนเลสกลมเกรด ๓๐๔ ยาวตอนเดียว ขนานกับตัวเตียง ยาวไม่น้อยกว่า ± ๑๘๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ±๕๐ ซม. มีจำนวนข้างละ ๙ ซี่ แบบสไลด์ขึ้น - ลง มีกล่องสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ครอบ เสริมบุหยาทางพลาสติกกันกระแทก ๘ ชิ้น/ราว ปลดล็อคราวกันโดยการดึงสลักกลางราว โดยระบบปลดล็อคเป็นระบบสปริง ง่ายต่อการใช้งาน

๒.๕ โถงหมุนเตียง สามารถปรับเพาเวอร์เลอร์ได้ ๓ โถง คือ ปรับระดับศีรษะยกเข้า และปรับความสูงของเตียง โดยระบบเฟืองโลหะ ลื่น แข็งแรง ทนทาน มือจับโถงหมุนจากโลหะแข็งสามารถปรับได้ ๓ ระดับดังนี้

๒.๕.๑ ปรับระดับเอนหลังไม่น้อยกว่า ๐ - ๘๕ องศา

๒.๕.๒ ปรับระดับหัวเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๐ - ๔๕ องศาให้อยู่ในลักษณะงอขาได้

๒.๕.๓ สามารถปรับระดับขึ้น - ลง ในแนวตั้ง ได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ - ๗๒ เซนติเมตร

พร้อมระบบโซ็ค ๒ ตัว เพื่อช่วยผ่อนแรงในการปรับระดับ ขึ้น-ลง

๒.๖ ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หมุนอิสระทั้ง ๔ ล้อทำจากพลาสติกแข็ง (PP) โครงล้อทำจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ชูบโครเมียมป้องกันสนิม พร้อมระบบล็อคคานบนทั้ง ๔ ล้อ ระบบหมุนล้อเป็นระบบแปรงไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น เงียบและเบาต่อการเคลื่อนย้าย

๒.๗ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลกรัม พร้อมแสดงเอกสารการทดสอบ

๒.๘ ส่วนของเบาะเป็นที่นอน ๑ ตอนทำจากวัสดุฟองน้ำอัด หุ้มด้วยพลาสติก PVC สามารถถอดทำความสะอาดได้ ความหนาไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร

๒.๙ มีจุดเสียบเสาน้ำเกลือ ๔ จุด

๒.๑๐ มีตะขอสำหรับแขวนถุงปัสสาวะ ชาย-ชวาด้านละ ๒ จุด

๒.๑๑ มีที่สำหรับมัดมือผู้ป่วย ชาย-ชวาด้านละ ๒ จุด

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๓.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

.....
/ส
(นางวิมล นิลประภา)

.....
(นางสาวสรลรัตน์ ทองศรี)

.....
(นายวิชาชัย ยศชัยพงศ์)