

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื่อเตียงกายภาพบำบัดปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของโรงพยาบาลอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๔๔๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๘๘,๒๐๐.- บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาต่อหน่วย ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ ของสำนักบริหารการสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางนิภา ไพบูลย์วุฒิชัย ตำแหน่ง นักกายภาพชำนาญการ

๕.๒ นางสาวชิตชนก นามสาย ตำแหน่ง นักกายภาพชำนาญการ

๕.๓ นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงกายภาพบำบัดปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า
โรงพยาบาลอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ความต้องการ เตียงกายภาพบำบัดปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้า มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ สามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V ๕๐ Hz ได้

๒.๒ สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยไฟฟ้า

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ เตียงมีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๗๐ x ยาว ๑๘๕

๓.๒ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส เกรด ๓๐๔ แข็งแรงทนทาน

๓.๓ พื้นเตียงทำด้วยไม้อัดความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. หุ้มเบาะด้วยหนังเทียม

๓.๔ พนักแผ่นรองหลังสามารถปรับเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา

๓.๕ พนักส่วนหัวมีรูสำหรับหายใจและปรับเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา

๓.๖ สามารถถอดเบาะกลางสำหรับวางแผ่นประคบความร้อนได้

๓.๗ มีล้อเซ็นจำนวน ๔ ล้อ สามารถล็อกได้

๓.๘ ปรับระดับความสูงโดยใช้มอเตอร์ควบคุมการทำงาน แบบ FOOT SWITCH


๓.๙ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

๔.๒ รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ


(นางนิภา ไพบูลย์วุฒิโชค)


(นางสาวชิตชนก นามสาย)


(นายธวัชชัย ยศชัยพงศ์)