

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับได้ ระบบมือหมุน
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๑. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปลอดภัย

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ โครงสร้างของเตียง

๒.๑.๑ พื้นเตียงแบ่งออกเป็น ๒ ตอน

๒.๑.๒ เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๕ มม.

๒.๑.๓ สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ กิโลกรัม ซึ่งเตียงสามารถทำงานได้ปกติ (Safe working load)

๒.๑.๔ ราวกันเตียงติดตั้งอยู่บนขอบเตียงทั้ง ๒ ด้าน และสามารถปรับขึ้น-ลงได้ โดยราวกันเตียงมีความสูงเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงการตกเตียงของผู้ป่วย

๒.๑.๕ ที่ราวกันเตียงแต่ละข้างมีตะขอสำหรับแขวงถุงเก็บปัสสาวะ และถุงเดรน

๒.๑.๖ มีเข็มขัด Fixing Belt ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง เพื่อตรึงเบาะให้รัดแน่นอยู่กับเตียง และเพื่อตรึงผู้ป่วยให้รัดแน่นอยู่กับเบาะ

๒.๑.๗ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลืออยู่ที่มุมทั้งสองของเตียง และช่องสำหรับใส่ถังออกซิเจน

๒.๑.๘ มีชุดกันกระแทกติดตั้งอยู่ทั้ง ๔ มุมของเตียง

๒.๒ ระบบควบคุมการปรับเตียง

๒.๒.๑ ปรับทำยกแผ่นหลังได้ตั้งแต่ ๐-๙๐ องศา (Back raise) โดยใช้ระบบ Gas Spring

๒.๒.๒ ปรับระดับความต่ำ-สูงของเตียงได้ไม่น้อยกว่าในช่วง ๕๘๐ มม. ถึง ๙๐๐ มม. (Lo-Hi adjustment) โดยใช้ระบบมือหมุนและด้ามจับสำหรับปรับระดับสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน

๒.๓ การเคลื่อนย้ายเตียง

๒.๓.๑ ล้อทั้ง ๔ ของเตียงเป็นล้อชนิดล้อเดี่ยว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม.

๒.๓.๒ มีคานเหยียบติดตั้งอยู่ที่ล้อทั้ง ๔ ล้อ โดยทั้ง ๔ ล้อ สามารถปรับการทำงานได้ ๓ ระบบ คือ ระบบการล็อก (Lock) , ระบบการเคลื่อนย้ายในแนวอิสระ (Free) และระบบการเคลื่อนย้ายด้วยการบังคับแนว (Steer)

๒.๔ ที่นอน (Mattress) ผลิตจาก Urethane Foam มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๕ มม. และความหนาไม่น้อยกว่า ๘๐ มม.

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ ที่นอน (Mattress)

จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ เสาน้ำเกลือ (IV pole)

จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ อุปกรณ์ใส่ถังออกซิเจน (Oxygen Cylinder Holder)

จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ ถาดใส่อุปกรณ์อเนกประสงค์ (Storage Tray)

จำนวน ๑ ชุด

(นางสาวภัทราวดี ว่องการไธ)


(นางสาวจินดา ผุดผ่อง)


(นางยุพิน ทวีกสิกรรม)

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทวีปยุโรป
- ๔.๒ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
- ๔.๔ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันมอบของครบ
- ๔.๕ มีหนังสือรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อในเอกสารประกอบการเสนอราคา ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในวันที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณาและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ


(นางสาวภัทราวดี ว่องการไถ)


(นางสาวจินดา สุตผ่อง)


(นางยุพิน ทวีกสิกรรม)